


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 일반, 투시, CT선량 측정세트 영 문 : Magicmax Universal set		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature			
2. Specification		1	
① Main System	1. Magicmax basic unit -incl. Carrying case -incl. XR Detector Holder -incl. USB-interface cable 2. XR Detector (Dose, kVp, Time, HVL , Waveform등의 신호를 감지하는센서) 3. Current Probe (mA /mAs 측정 검출기) 4. DCT - 10MM (CT선량 측정용 챔버) 5. Software (측정, 관리용 소프트웨어)	1ea 1ea 1ea 1ea 1ea 1ea 1ea 1ea	
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 00일 이내 보증기간 : 1년 무상보증		

2020년 09월 02일			
작 성 자	소 속 : 바이오생태보건대학교학팀	성 명 : 김남태	
부 서 장	소 속 : 방사선학과 학과장	성 명 : 김호성	

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 상반신 모형(28-파트) 영 문 : Deluxe Dual Sex Torso with Openel Back		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	-등이 개방된 디럭스 양성 상반신모형,28-파트 -교체 가능한 남성, 여성 생식기 인서트 -목과 등 부분 개방되어 척추, 추간판,척수, 척추신경, 척추동맥 관찰		
2. Specification	87 x 38 x 25 cm / 9.95kg	2	
① Main System	7th thoracic vertebra, female chest wall 6-part head Female breast covering 2 lungs 2-part heart 2-part stomach Liver with gall bladder 4-part intestinal tract Front half of kidney 4-part male genital insert 3-part female genital insert with fetus		
② Option			
③ Accessory			
-Standard Acc.			
-Optional Acc.			
-전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한	납품기한 : 계약일로부터 00일 이내		
보증기간 등	보증기간 : 1년 무상보증		

2020년 09월 02일			
작 성 자	소 속 : 바이오생태보건대학교학팀	성 명 : 김남태	
부 서 장	소 속 : 방사선학과 학과장	성 명 : 김호성	

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 엑스레이 덴시토메터 영 문 : Densoquick 2		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	엑스레이 촬영 후 출력된 필름의 덴시티를 검증하기 위해 측정하는 장치		
2. Specification	1. 농도계 본체 2. 칼리브레이션 필름 3. 사용설명서 4. 전원 어답터 Measure arm length: 18 cm (Middle of film measurements up to 35 x 35 cm possible) Power source: 9.5 V power adapter Operating temperature: 15° C to 35° C Measure point: 7mm2 (according to DIN 6868/55) Density Measurement: according to DIN Norm 4512 Measuring range: $0 < D < 4,5$ Uncertainty of Measurement: $0 < 1 : DD < \pm 0.02$ $0 < 1 : DD < \pm 0.02$ Measurement repeatability according to DIN 6868/55: $DD < \pm 0.02$	1ea 1ea 1ea 1ea	
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 00일 이내 보증기간 : 1년 무상보증		

2020년 09월 02일			
작 성 자	소 속 : 바이오생태보건대학교학팀	성 명 : 김남태	
부 서 장	소 속 : 방사선학과 학과장	성 명 : 김호성	